



FICHA TÉCNICA	
BACCIDINE® SACHET	
FECHA DE APROBACIÓN: 09-09-21	VERSIÓN No: 05
VIGENTE HASTA: 08-09-24	

CÓDIGO FT-BA SACHET
PÁGINA: 1 DE 1

DESCRIPCION	Paño impregnado en 1cc de BACCIDINE®, Solución antiséptica de uso externo
COMPOSICION	Cada 100 c.c. de BACCIDINE® solución contienen: Clorhexidina digluconato (Solución al 20%).... equivalente a 2,0 g de Clorhexidina digluconato Alcohol Isopropílico 70,0 ml (equivale a 63 g)
ESPECIFICACIONES TECNICAS	ASPECTO: Sobre (envase): No presenta suciedad no removible, perforaciones, quebraduras, manchas de tinta, grietas, cuerpos extraños, residuos de material o defectos en la superficie. El contenido presenta las siguientes especificaciones: Toalla: Material no tejido absorbente. Solución antiséptica BACCIDINE®: GRAVEDAD ESPECÍFICA (20°C): 0,870 – 0,900 pH: 6,0 – 7,0 INFLAMABILIDAD: Inflamable MICROBIOLOGIA: Recuento total de Mesófilos aerobios.....<200 ufc /mL Recuento total de Mohos y levaduras...<20 ufc /mL Patógenos.....Ausentes
INDICACIONES DE USO	Antisepsia de piel en procedimientos como venopunción, cateterismo, cuidado del sitio de inserción de catéter.
PRECAUCIONES DE USO	Uso externo. Si se observa cualquier reacción adversa suspender su uso y acudir al médico Manténgase alejado de los niños.
CONTRAINDICACIONES	No debe emplearse en meninges ni oído medio. Sobre textiles y en contacto con derivados clorados la clorhexidina puede producir una mancha indeleble marrón.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2012DM-0008689
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISPOSITIVOS MEDICOS	Riesgo I
BIODEGRADABILIDAD	No aplica
VIDA DE ANAQUEL	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	Empléese inmediatamente después de abrir.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original.
PRESENTACIONES	Sachet x 1 toallita impregnada en 1cc de BACCIDINE® Paquete x 50 unidades o Paquete x 100 unidades Caja x 3000 unidades



 QUIRUMÉDICAS LTDA	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO FT-BA SACHET
	BACCIDINE® SACHET		
	FECHA DE APROBACIÓN: 09-09-21	VERSIÓN No: 05	PÁGINA: N/A
VIGENTE HASTA: 08-09-24			

HISTORIAL

Descripción del cambio	Responsable	Fecha del cambio	Nueva Versión
Actualización de formato de ficha técnica conforme a lineamientos del procedimiento ASCA-POE-1.	Clara Medina. Director Técnico.	09-09-21	05

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Firma: <i>G. Rozo</i>	Firma: <i>Clara Medina</i>	Firma: <i>F. CONTRERAS</i>			
Nombre: Ginneth Rozo	Nombre: Clara Medina	Nombre: Francisco Contreras			
Cargo: Tecnólogo de Dirección Técnica	Cargo: Director Técnico	Cargo: Director Aseguramiento y Control de Calidad			
Fecha: <i>03-09-21</i>	Fecha: <i>07-09-21</i>	Fecha: <i>09-09-21</i>			
SELLO ORIGINAL:			SELLO COPIA CONTROLADA:		
					